

Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 -item descrição errada

De Setor de Licitações <seplan3@araputanga.mt.gov.br>
Para Edina - PROGRAD <vendas2@prograd.com.br>
Data 2023-03-07 12:37

Prezada, bom dia!
De acordo com o Dentista, Dr. Gustavo, o qual relatou que, o item terá que ser de velocidade "E" em processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades.

Att,
Eliana
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Araputanga/MT
Setor de Licitações
Fone (65) 3261-1736



Em 2023-03-07 10:32, Edina - PROGRAD escreveu:

Bom dia tudo bem?
notamos que o ITEM 15 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, esta totalmente erroneo.

15	048.024.035	427192	FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA - PERIAPICAL, TAMANHO ADULTO, COM VELOCIDADE 'F' EM PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO E VELOCIDADE 'E' EM PROCESSAMENTO MANUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTENAMENTE MARCA COMERCIAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	20	R\$ 387,00	R\$ 7.740,00
----	-------------	--------	---	-----	----	------------	--------------

1 erro - Filme adulto a caixa padrão de todas as marcas possui 150 unidades
2 erro - Filme de 2 velocidades, não existe ou é um filme de velocidade E, ou é um filme de velocidade F, isso escrito no descritivo não existe para nenhuma marca.

por gentileza retificar e definir se o filme que irão pedir é de velocidade E ou F, e arrumar a quantidade certa.
a correção é muito importante pois quando é feito fornecimento muitas vezes eles recusam a NF pois a descrição nao bate com edital, e quem recebe o filme não é quem compra, a pessoa não entende nada e acaba mandando a mercadoria voltar.

aguardamos para poder participar.
att,

Prograd

www.prograd.com.br

Edina Oliveira
Departamento Comercial / Licitação
Rua Embaixador Hipólito de Araújo, 524
Curitiba/PR
CEP: 80.215-212
41 3332-5514 / 3332-1759
41 98704-8565