



Tecnologia em Sistemas Diagnósticos

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT

Pregão Eletrônico nº 023/2024

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.962.122/0001-60, Endereço: Avenida John Dalton 92, Condomínio Aztech, unid 03 - Techno Park, CEP: 13.069-330, e-mail: juridico@cqc.com.br, vem, respeitosamente à elevada presença de Vossa Senhoria, por sua representante legal Simone Barros Ravazi, portadora no RG nº 27.327.240-8, inscrita no CPF sob o nº 271.063.778-21, solicitar **ESCLARECIMENTO** quanto ao Edital em referência, o que faz de acordo com as razões a seguir expostas:

Esta empresa pretende participar da licitação, com o equipamento Yumizen H550 da marca Horiba.

Contudo, necessário o seguinte esclarecimento:

No Termo de Referência, dentre as características exigidas, tem a seguinte:

Modo aberto (manual) e fechado (rack) com carregamento automático de no mínimo 60 tubos.

O equipamento Yumizen H550 realiza carregamento contínuo de 40 tubos.

Pergunta: Será aceito o equipamento com as características acima citadas?

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Campinas/SP, 12 de julho de 2024.

SIMONE
BARROS
RAVAZI:271063
77821

Assinado de forma
digital por SIMONE
BARROS
RAVAZI:27106377821
Dados: 2024.07.12
14:41:56 -03'00'

CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda.

Simone Barros Ravazi

Gerente de licitação

RG 27.327.240-8 / CPF 271.063.778-21

Re: Pedido de esclarecimento - PE 023/2024 - PM Araputanga/MT



De Setor de Licitações <seplan3@araputanga.mt.gov.br>
Para Tamires - Juridico <juridico@cqc.com.br>
Data 2024-07-16 10:39

Prezados, bom dia!

Informo que os equipamentos a serem ofertados, devem atender na íntegra a especificação solicitada no edital.

Atenciosamente,

Eliana

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Araputanga/MT
Setor de Licitações
Fone (65) 3261-1736



Em 2024-07-12 13:56, Tamires - Juridico escreveu:

Prezados, boa tarde.

Segue anexo pedido de esclarecimento ref. PE 023/2024.

Aguardo retorno.

Obrigada.

Atenciosamente,



Tamires Lazarine de Oliveira
Tecnologia em Sistemas Diagnósticos

Analista Juridico / ✉ juridico@cqc.com.br
☎ (19) 3303-3800 / 🌐 www.cqc.com.br