



MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT

Pedidos de Esclarecimento



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015 / 2026


PROCESSO LICITATÓRIO 053/2026

06/07/2026 19:37 - Solicitante: 19.993.061/0001-25 - MARIO ANDRE SOUZA SANATANA

Pedido - Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 015/2026 Prezados, Solicitamos, por gentileza, o seguinte esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2026. Considerando que o objeto contempla a locação de analisador hematológico com fornecimento de reagentes, controles, calibradores e demais insumos necessários à execução dos exames, solicitamos informar qual o quantitativo estimado de exames (mensal ou anual) utilizado pela Administração para composição do valor estimado da contratação. Adicionalmente, considerando que os controles de qualidade possuem consumo relacionado à rotina de Controle Interno da Qualidade e à vida útil do material após abertura, e que os calibradores são utilizados conforme necessidade técnica do equipamento, solicitamos esclarecer se esses materiais deverão ser fornecidos sem limitação de quantidade, conforme a necessidade operacional durante a vigência contratual, ou se a Administração adotou algum critério específico para o seu dimensionamento. O esclarecimento contribuirá para que todos os licitantes utilizem a mesma premissa na composição dos custos, assegurando a isonomia e a adequada formação das propostas.

07/07/2026 15:45

Resposta - Boa tarde, segue em anexo resposta ao pedido, conforme enviado pela Secretaria Demandante.





RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

P. M. A-MT
FLS <u>131</u>

RUBRICA

Pregão Eletrônico nº 015/2026

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento apresentado, a Administração informa o seguinte:

1. Quantitativo estimado de exames:

Para fins de composição do valor estimado da contratação, foi considerada uma média de aproximadamente 500 (quinhentos) exames hematológicos por mês, correspondendo a uma estimativa de 6.000 (seis mil) exames anuais.

Ressalta-se que tal quantitativo possui caráter estimativo, destinando-se exclusivamente ao planejamento da contratação, podendo sofrer variações conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde durante a execução contratual.

2. Fornecimento de controles de qualidade, calibradores e demais insumos:

Quanto aos controles de qualidade, calibradores e demais insumos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, esclarece-se que deverão ser fornecidos sem limitação de quantidade, conforme a necessidade operacional durante toda a vigência do contrato.

Assim, caberá à futura contratada disponibilizar todos os reagentes, controles, calibradores, soluções, consumíveis e demais insumos indispensáveis à realização dos exames e ao adequado funcionamento do analisador hematológico, em quantidade suficiente para atender à demanda da Administração, sem ônus adicional, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

Dessa forma, entende-se prestado o esclarecimento solicitado, permanecendo inalteradas as demais disposições do edital.



HUDSON CUNHA RAMOS
Secretário Municipal de Saúde

Recebido em
07/07/2026
[Handwritten signature]

Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 015/2026

Terça, Julho 07, 2026 14:48 -04

Para


seplan3 seplan3@araputanga.mt.gov.br

Mario Santana

Boa tarde, segue em anexo resposta ao esclarecimento, conforme Secretaria demandante.

Atte. Eduarda Pardim

Em Segunda, Julho 06, 2026 18:43 -04, "Mario Santana"
<mariosantana@easysolucoesdiagnosticas.com.br> escreveu:



Prezados,

Solicitamos, por gentileza, o seguinte esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2026.

Considerando que o objeto contempla a locação de analisador hematológico com fornecimento de reagentes, controles, calibradores e demais insumos necessários à execução dos exames, solicitamos informar qual o quantitativo estimado de exames (mensal ou anual) utilizado pela Administração para composição do valor estimado da contratação.

Adicionalmente, considerando que os controles de qualidade possuem consumo relacionado à rotina de Controle Interno da Qualidade e à vida útil do material após abertura, e que os calibradores são utilizados conforme necessidade técnica do equipamento, solicitamos esclarecer se esses materiais deverão ser fornecidos sem limitação de quantidade, conforme a necessidade operacional durante a vigência contratual, ou se a Administração adotou algum critério específico para o seu dimensionamento.

O esclarecimento contribuirá para que todos os licitantes utilizem a mesma premissa na composição dos custos, assegurando a isonomia e a adequada formação das propostas.

Atenciosamente,

**MÁRIO SANTANA** Vendedor Técnico

☎ +55 65 3023-9035 | 📞 +65 98101-0179

✉ mariosantana@easysolucoesdiagnosticas.com.br

📍 **MATRIZ:** R. Osvaldo Cruz, 5 - Qd.25 - Lt 05 e 06 - Cuiabá / MT📍 **FILIAL:** R. Antonio Correa, 235, Sl.5 - Campo Grande / MS**EASY MÍDIAS:**

🌐 📱 easysolucoesdiagnosticas

PDF RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - P. E Nº 015- 2026.pdf

272 KiB

