

**Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 -item descrição errada**

**De** Setor de Licitações <seplan3@araputanga.mt.gov.br>  
**Para** Edina - PROGRAD <vendas2@prograd.com.br>  
**Data** 2023-03-07 12:37

Prezada, bom dia!

De acordo com o Dentista, Dr. Gustavo, o qual relatou que, **o item terá que ser de velocidade "E" em processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades.**

Att,  
Eliana  
Agente de Contratação

---  
---  
Prefeitura Municipal de Araputanga/MT  
Setor de Licitações  
Fone (65) 3261-1736



Em 2023-03-07 10:32, Edina - PROGRAD escreveu:


Bom dia tudo bem?  
notamos que o ITEM 15 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, esta totalmente erroneo.

15	048.024.035	427192	<b>FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA - PERIAPICAL, TAMANHO ADULTO, COM VELOCIDADE 'F' EM PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO E VELOCIDADE 'E' EM PROCESSAMENTO MANUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTENAMENTE MARCA COMERCIAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO.</b>	UND	20	R\$ 387,00	R\$ 7.740,00
----	-------------	--------	--	-----	----	------------	--------------

1 erro - Filme adulto a caixa padrão de todas as marcas possui 150 unidades  
2 erro - Filme de 2 velocidades, não existe ou é um filme de velocidade E, ou é um filme de velocidade F, isso escrito no descritivo não existe para nenhuma marca.

por gentileza retificar e definir se o filme que irão pedir é de velocidade E ou F, e arrumar a quantidade certa.  
a correção é muito importante pois quando é feito fornecimento muitas vezes eles recusam a NF pois a descrição nao bate com edital, e quem recebe o filme não é quem compra, a pessoa não entende nada e acaba mandando a mercadoria voltar.

aguardamos para poder participar.  
att,



[www.prograd.com.br](http://www.prograd.com.br)

**Edina Oliveira**  
Departamento Comercial / Licitação  
Rua Embaixador Hipólito de Araújo, 524  
Curitiba/PR  
CEP: 80.215-212  
41 3332-5514 / 3332-1759  
41 98704-8565

